

Vejledning i manuel defibrillering

AED'er og semiautomatiske defibrillatorer

Følg apparatets vejledning.

Defibrillering med manuelt betjent defibrillator med pads

1. Samtidig med HLR, sæt pads på patienten
2. Defibrillatoren tændes
3. Sig højt: ”Stop hjertemassage for rytmetjek”
4. Brug maks. 10 sekunder på at vurdere rytmen, mens der skiftes person til hjertemassage
 - A. Hvis rytmen er stødbar (ved ventrikelflimren eller pulsløs ventrikulær takykardi)
 1. Sig højt: ”Stødbar rytme, fortsæt hjertemassage, mens der lades”.
 2. Defibrillatoren oplades på det valgte energiniveau
 3. Når defibrillatoren er opladt siges højt: ”Alle væk, ilten væk”
 4. Den der skal støde skal visuelt sikre sig, at alle er væk.
 5. Sig højt: ”Der stødes”, hvorefter der afgives stød og siges højt: ”Start hjertemassage, stød nr x givet”
 - B. Hvis rytmen er ikke-stødbar
 1. Sig højt: ”Ikke-stødbar rytme, fortsæt hjertemassage i 2 minutter”